

Prova			ENVIR-PCBS-24			
Codice laboratorio			ENVIR-PCBS0249126			
Parametro	Materiale	Unità di misura	x_i	z-score	z/z'	Segnale
PCB 28	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
PCB 52	SU-2-22	µg/kg	18,9	-0,76	Z	-
PCB 77	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
PCB 95	SU-2-22	µg/kg	20	-0,53	Z	-
PCB 99	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
PCB 101	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
PCB 105	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
PCB 110	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
PCB 118	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
PCB 128	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
PCB 138	SU-2-22	µg/kg	54	-0,54	Z	-
PCB 146	SU-2-22	µg/kg	10	0,15	Z	-
PCB 149	SU-2-22	µg/kg	50,2	0,14	Z	-
PCB 151	SU-2-22	µg/kg	20	0,45	Z	-
PCB 153	SU-2-22	µg/kg	71,5	-0,54	Z	-
PCB 156	SU-2-22	µg/kg	5,35	-0,99	Z	-
PCB 157	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
PCB 167	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
PCB 170	SU-2-22	µg/kg	31,5	-0,05	Z	-
PCB 177	SU-2-22	µg/kg	12,6	-0,64	Z	-
PCB 180	SU-2-22	µg/kg	62	-0,43	Z	-
PCB 183	SU-2-22	µg/kg	9	-0,59	Z	-
PCB 187	SU-2-22	µg/kg	40	-0,46	Z	-
PCB 189	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
SOMMA dei 29 congeneri	SU-2-22	µg/kg	-	-	Z	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-