



## RISULTATI DEL LABORATORIO

Misurando [U/M]	Tecnica Strumentale [Metodo di Riferimento]	Risultato Laboratorio		Parametri utilizzati per la valutazione della prestazione			Score (z-score / z'-score)	Segnale	Commenti
		$x_i$	$U_i$	X <sub>pt</sub>	$U_{X_{pt}} (k=2)$	$2 \times \sigma_{pt}$			
Indice di Idrocarburi [microg/L]	GC-FID [UNI EN ISO 9377-2]	700	130	638	52	256	0.5		Operatore M.S.
Indice di Idrocarburi [microg/L]	GC-FID [UNI EN ISO 9377-2]	750	140	638	52	256	0.9		Operatore F.P.
Indice di Idrocarburi [microg/L]	GC-FID [UNI EN ISO 9377-2]	690	128	638	52	256	0.4		Operatore L.C.
Indice di Idrocarburi [microg/L]	GC-FID [UNI EN ISO 9377-2]	660	123	638	52	256	0.2		Operatore G.B.